

Zkoušení reakce na oheň - zapalitelnost stavebních výrobků

SPECIFIKACE

Přístroj pro základní charakteristiku pro zařazení do třídy reakce na oheň B – F.

MĚŘICÍ METODY

Zkouška zapalitelnosti dle ČSN EN ISO 11925-2 Zkoušení reakce na oheň - Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene - Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene.



PŘEHLED MĚŘITELNÝCH PARAMETRŮ / VÝSTUPNÍ INFORMACE

Pro stanovení třídy reakce na oheň B – F podle ČSN EN ISO 13501.

TYPY VZORKŮ VHODNÝCH K ANALÝZE / PODMÍNKY MĚŘENÍ

Stavební výrobky/materiály včetně podlahových krytin o rozměrech 250 x 90 mm.